




Dichiarazione CE di Conformità (EC Declaration of Conformity).

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti "Manometri a membrana e capsula" identificati con il codice .PM sono conformi alla direttiva 2014/68/UE ai sensi della vigente normativa, e sono stati sottoposti al procedimento di valutazione della qualità.

Fascicolo tecnico FTPM

We declare under our sole responsibility that the article "capsule and membrane pressure gauge" identify by code .PM are conform to the directive 2014/68/UE to which this declaration refers, are in conformity with the following European Directives, and its submit to the quality evaluation. Technical datasheet FTPM

 PED 2014/68/UE
Cat. I. Mod. A
Norm. UNI EN 837.3

I manometri durante il controllo in ingresso vengono sottoposti a verifica mediante campionatura (secondo normativa MIL-STD-105E) ed in base alla propria scala con manometri digitali classe 0.05% e certificati ACCREDIA (LAT 093)

The pressure gauges are verify by random sampling using digital pressure gauges accuracy 0.05% certified by ACCREDIA laboratory (LAT 093).

Direzione Generale
Andrea Boscolo

 **BART S.r.l.**
Milano
