



## Dichiarazione CE di Conformità (EC Declaration of Conformity).

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti "registratori di pressione" identificati con il codice MGR sono conformi alla direttiva 2014/68/UE ai sensi della vigente normativa, e sono stati sottoposti al procedimento di valutazione della qualità modulo A.

*We declare under our sole responsibility that the article "Pressure Recorder" identify by code MGR are conform to the directive 2014/68/UE to which this declaration refers, are in conformity with the following European Directives, and its submit to the quality evaluation Module A.*

**CE** PED 2014/68/UE  
Cat. I. Mod. A  
Norm. UNI EN 837.1

I manometri durante il controllo in ingresso vengono sottoposti a verifica mediante campionatura (secondo normativa MIL-STD-105E) ed in base alla propria scala con manometri digitali classe 0.05% e certificati ACCREDIA (LAT 093)

*The pressure gauges are verify by random sampling using digital pressure gauges accuracy 0.05% certified by ACCREDIA laboratory (LAT 093).*

Questa dichiarazione è valida solo se allegata ad un nostro documento di vendita

*This declaration is valid only if attached to an our sales documents*

Direzione Generale  
Andrea Boscolo  
 **BART S.r.l.**  
Milano  
