




Dichiarazione CE di Conformità (EC Declaration of Conformity).

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti "manometri digitali" identificati con il codice .LAB-PG2 sono conformi alla direttiva 2014/68/UE ai sensi della vigente normativa, e sono stati sottoposti al procedimento di valutazione della qualità modulo A in base al certificato 3J191025.XUMCO92 del produttore

We declare under our sole responsibility that the article "digital pressure gauge" identify by code LAB-PG2 are conform to the directive 2014/68/UE to which this declaration refers, are in conformity with the following European Directives, and its submit to the quality evaluation Module A based on producer certificate 3J191025.XUMCO92.

 PED 2014/68/UE
Cat. I. Mod. A
Norm. UNI EN 837.1

I manometri durante il controllo in ingresso vengono sottoposti a verifica mediante campionatura (secondo normativa MIL-STD-105E) ed in base alla propria scala con manometri digitali classe 0.05% e certificati ACCREDIA (LAT 093)

The pressure gauges are verify by random sampling using digital pressure gauges accuracy 0.05% certified by ACCREDIA laboratory (LAT 093).

Direzione Generale
Andrea Boscolo

 **BART S.r.l.**
Milano
